


●手入れの方法

外カバー	洗 浄	<p>【防水カバー】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●表面や側面の汚れ(便・血液等)を取り除き、水・ぬるま湯または薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で清拭してください。その後、洗浄成分が残らないように水を浸した布で拭き上げて、十分に乾燥させてください。 ●洗濯する場合は、ねすわりガイドを取り外してから、中性洗剤でつけ置き洗いをし、日陰干しで十分乾燥させてください。ねすわりガイドは、中性洗剤で清拭してください。 <p>△脱水機・タンブラー乾燥機は使用しないでください。 △漂白剤は使用しないでください。 △ドライクリーニング、オートクレーブは使用しないでください。</p>
		<p>【通気カバー】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●洗濯する場合は、ねすわりガイドを取り外してから、洗濯ネットに入れて、弱流で洗濯してください。乾燥は、日陰干しで十分乾燥させてください。ねすわりガイドは、中性洗剤で清拭してください。 <p>△タンブラー乾燥機は使用しないでください。 △塩素系漂白剤は使用しないでください。 △ドライクリーニング、オートクレーブは使用しないでください。</p>
内カバー	消 毒	<p>【防水カバー】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●下記の薬品を指定の濃度を守って、カバーの表面や側面を清拭してください。 <p>△カバーの裏面や、中材に薬品がかからないように注意してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消毒用エタノール 76.9~81.4% ・次亜塩素酸ナトリウム 0.1~0.5% ・ポリヘキサメチレンピクアナイド 0.5% <p>※製品ロゴの印刷面を清拭した際に、色落ちする場合がありますが、品質上問題はございません。</p>
		<p>【通気カバー】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●消毒用エタノール(濃度 76.9~81.4%)を用いて消毒してください。 ●酸素系漂白剤を使用する場合、指定の濃度で薄めてから浸け置きしてください。 <p>※塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)は、使用できません。</p>
内カバー	洗 浄	<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯ネットに入れ、中性洗剤を使用して洗濯機の弱流で洗ってください。乾燥は日陰干しで行ってください。
中材(マットレス)	洗 浄	<ul style="list-style-type: none"> ●ご家庭での洗浄は、中材を傷める可能性があるため、行わないでください。 ・湿気でカビが発生する可能性があるため、定期的にかバーを外して日陰干しをしてください。 ●業務用機械(マットレス洗浄機)を使用する場合は、中性洗剤または弱アルカリ性洗剤で洗浄してください。また、洗剤が残留しないように十分に濯いでください。 ●乾燥装置を使用する場合は、折り曲げず装置へ入れてください。温度設定は、《80℃以下》に設定してください。 ・濡れた状態で長時間放置しないでください。洗浄後は、速やかに脱水・乾燥を行ってください。
	消 毒	<ul style="list-style-type: none"> ●加熱消毒装置を使用する場合は、平置きの状態または、立てた状態で曲げずに装置へ入れてください。温度設定は《80℃》に設定してください。 <p>△オートクレーブ滅菌機やオゾン殺菌器などは使用しないでください。中材が破損・変質する恐れがあります。</p>
保管方法		<ul style="list-style-type: none"> ●汚れを取り除いてから、よく乾燥させて保管してください。 ●高温、多湿、直射日光の当たる場所では保管しないでください。変形や変色の原因となります。 ●重量物を乗せた状態で保管しないでください。ヘタリや変形の原因となります。

3Dフォームで姿勢保持と体圧分散を両立

ナーセント コンタ



取扱説明書





このたびは、ナーセントコンタをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この「取扱説明書」には、ナーセントコンタを正しく安全にお使いいただくための注意事項を記載しています。

- 正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずよくお読みください。
- 必要なときに読めるように大切に保管してください。
- 床ずれができていたりできやすい方が初めてご使用になる場合は、医師や看護師、PT、OTなどの専門家にご相談ください。
- 使用中に異常を感じたり不安を感じた場合には、使用を中止し専門家にご相談ください。

注意事項は、誤った取り扱いをすることによって生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさや切迫の程度に応じて「警告」と「注意」の二つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
絵表示についての詳しい説明は下記のとおりです。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人命にかかわる怪我や、重症を負う可能性が想定されている内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

 警告	<p>マットレスの端に座らせるときは、介護者が身体を支えて必ずマットレスの平坦部に座らせるよう介助してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・裏面サポート部材がある場所に座ると、姿勢が斜めになりベッドから転倒・転落してけがをする恐れがあります。 <p>心臓マッサージなど硬い床の上が適している処置は、行わないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・このマットレスは、身体を柔らかく支えて保持するのが特徴なので、処置の効果が発揮されない場合があります。 <p>マットレスをベッドに置くと、外カバーのロゴマークを表・足側(フットボード側)にして、向きを正しく設置してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・マットレスの体圧分散性が損なわれて皮膚が損傷を受けたり、姿勢が崩れて転倒・転落する恐れがあります。 <p>マットレスの上に敷布団や2枚以上重ねた敷物を敷かないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・敷布団や敷物などがずれて転倒・転落し怪我をする恐れや、マットレスの体圧分散性が損なわれる恐れがあります。 <p>カバーや中材(ウレタンフォームマットレス)が汚れた場合、直ちに拭きとってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・すぐに拭き取らないで、汚れ(便、血液等)が付着したまま使用を続けると、感染症を引き起こす原因になります。 <p>火気類や温度の高いものに近づけすぎないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・暖房器具などを近づけすぎると、変形、変質、発火などの原因になります。 <p>必ずベッドにサイドレールを取り付けて使用してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サイドレールを使用しない場合、ベッドから転落する恐れがあります。
	 注意



〒702-8004 岡山県岡山市中区江並 100-7 TEL: 086-200-1550 FAX: 086-200-1553
ホームページ <https://www.nasent.net>

品質向上のため、お断りなく仕様を変更することがありますのでご了承ください。



● 特長と名称

「足側」表示
 マットレスの向きを示しています。カバーを取り付けるときは、必ず中材の刻印とカバーの品質表示タグの「足側」を確認して装着してください。

ねすわりガイド
 ベッドに座る位置と寝る位置の目安を示しています。シーツで隠れないようにマットレスとガイドの間にシーツを挟み込むことができます。ベッドから乗り降りする側に取り付けてください。

【中材 (ウレタンフォームマットレス)】

- ストレッチ層
- 除圧スリット層
- 端座位ブロック
- 支持層
- 3D層

ヘッドサポート、サイドサポート、アンカーサポート

品質表示タグ、L字ファスナー、ねすわりガイド、スナップボタン、持ち運び用ベルト、シート挟み込み位置

腕を通してベルトを握ります。

● 設置方法 (ベッドへの設置・シーツのかけ方)

- 外カバーの表示を参考に、マットレスの向き(表裏、頭・足側)を確認してからベッドに正しく敷いてください。
- ベッドから乗り降りする側にねすわりガイドを取り付けます。取付は、マットレスカバー裏面のスナップボタンで行います。
- マットレスの表・側面を市販のシーツで覆います。この時、ねすわりガイドが外から見えるように、ねすわりガイドとマットレスの間にシーツを差し込みます。

新品でウレタン臭が気になる場合、カバーを取り外して風通しの良いところで日陰干しをしてください。

シーツはマットレスの沈み込みや、背上げ・背下げ時の追従性を阻害しないようにふんわりかけてください。

＜ 内・外カバーのかけ方 (洗濯等でカバーを取り外した時) ＞

- マットレスのストレッチ層が上側、3D層が下側になるようにします。
- 中材の足側から、内カバーを頭側までかけていき、かぶせ蓋を裏側に回して整えます。
- 外カバーのロゴマークを表側にして、ファスナーを全開にします。外カバーと中材の足側表示を確認してから、カバーに中材を入れてファスナーを閉じます。

● 使用方法

＜ 端座位の位置 ＞

1 ねすわりガイドの幅を目安に端座位になります。

各サポート部の上に座るとバランスを崩す危険性があります。座位バランスが不安定な方は、平坦エリアに座るように誘導して必ず介助者が支えてください。

＜ 寝位置の合わせ方 ＞

- 身体の屈曲位置を確認します。(上前腸骨棘と大転子の間を目安に)
- 身体の屈曲位置とねすわりガイドの▽部が重なるように寝位置を調整します。
- マットレス幅の中心に寝るようにしてください。

＜ ポジショニングクッションとの併用例 ＞

- 側臥位
- 仰臥位 (円背の方等)
- 仰臥位 (下肢屈曲位の方等)

変形拘縮等のため、身体がマットレスに沿わない場合は、ポジショニングクッションや、ベッドの背上げ・膝上げ機構で対応してください。汗を多くかかれる方が使用する場合は、空調管理を十分に行ってください。

● 仕様

品名	ナーセントコンタ			
	防水タイプ		通気タイプ	
幅	91cm幅	83cm幅	91cm幅	83cm幅
品番	NCM-91	NCM-83	NCMA-91	NCMA-83
重量	8.7kg	7.8kg	8.3kg	7.6kg
JANコード	4560232695314	4560232695321	4560232695338	4560232695345
TAISコード	00149-000061	00149-000060	00149-000063	00149-000062
サイズ	● 91cm幅 幅91×長さ190×厚さ15cm (3D層を除く厚さ11cm)		● 83cm幅 幅83×長さ190×厚さ15cm (3D層を除く厚さ11cm)	
構造 / 硬さ	不定形 / かため (130ニュートン)			
材質	外カバー	【防水タイプ】上・側面: ポリウレタンフィルムラミネート加工布、裏面: ポリエステル 【通気タイプ】ポリエステル 【ねすわりガイド】ターポリン		
	内カバー	ポリエステル100%		
	中材	1層目: 高伸長ウレタンフォーム、2層目: 通気ウレタンフォーム、3層目・3D層: 高硬度ウレタンフォーム		